



## Anlage 4 zum Antrag auf Genehmigung zur Durchführung und Abrechnung ambulanter Operationen nach § 115 b SGB V

**Kategorie 4: Endoskopien:** sind Leistungen folgender GOP des EBM:

- 01741, 01742
- 01784
- 03331, 04331
- 04514, 04518, 04520
- 08310 – 08313
- 08332
- 09312 – 09315
- 09317
- 09318
- 09329
- 13402
- 13410 – 13412
- 13421 – 13423
- 13430, 13431
- 13662
- 20311 – 20314
- 26310, 26311
- 26316, 26317
- 26321
- 30600

Zu erfüllende organisatorische, räumliche, apparativ-technische und hygienische Voraussetzungen nach § 6 der Vereinbarung:

Anforderungen	
<b>A. Räumliche Ausstattung</b>	
Untersuchungsraum	x
Personalumkleideraum und Personalaufenthaltsraum	ggf.
Getrennte Toiletten für Patienten und Personal	x
Aufbereitungsraum mit Gewährleistung einer arbeitstechnischen Trennung zw. reiner u. unreiner Zone u. Putzmittel-/Entsorgungsraum; Kombination dieser Räume ist möglich	x
Warte-, Vorbereitungs- und Überwachungszonen/-räume für Patienten	x
<b>B. Apparativ-technische Voraussetzungen</b>	
<b>I. Untersuchungsraum</b>	x
Raumoberflächen, Oberflächen v. betrieblichen Einbauten (z.B. Türen, Regalsystem, Lampen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden können, der Fußbodenbelag muss flüssigkeitsdicht sein	x
Hygienischer Händewaschplatz	x
<b>II. Aufbereitungsraum</b>	x
Hygienischer Händewaschplatz	x
Raumoberflächen (z.B. Fußboden), Oberflächen v. betrieblichen Einbauten (z.B. Türen, Regalsystem, Lampen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden können, der Fußbodenbelag muss flüssigkeitsdicht sein	x
Entlüftungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der verwendeten Desinfektionsmittel (Chemikalien-/Feuchtlastentlüftung)	x
Ausgussbecken für abgesaugtes organisches Material (unreine Zone)	x
<b>III. Instrumentarium u. Geräte</b>	
abhängig von Art und Schwere des Eingriffs u. Gesundheitszustand des Patienten	
Die Anzahl vorzuhaltender Endoskope, endoskopischer Zusatzinstrumentarien (z.B. Biopsiezangen, Polypektomieschlingen) und Geräte zur Reinigung und Desinfektion von Endoskopen hängt vom Untersuchungsspektrum, der Untersuchungsfrequenz, Anzahl und Ausbildungsstand der endoskopierenden Ärzte, Verschleiß der Geräte, Notfalldienst und dem Zeitbedarf für die korrekte hygienische Aufbereitung ab.	x
Instrumentarium zur Reanimation und Geräte zur manuellen Beatmung, Sauerstoffversorgung und Absaugung	ggf.
Geräte zur Infusions- und Schockbehandlung	x
<b>IV. Arzneimittel</b>	
abhängig von Art und Schwere des Eingriffs u. Gesundheitszustand des Patienten	
Notfallmedikamente zu sofortigem Zugriff und Anwendung	x
Für Röntgenuntersuchungen (z.B. im Rahmen einer ERCP) gelten bes. Anforderungen des Strahlenschutzes	x